



Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdrój
Instytut Badawczy
ul. Prof. J. Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój
www.bip.igrabka.edu.pl; Dział Zamówień Publicznych
tel. 18/ 26 76 060 wew. 244; fax 18/ 26 76 060 wew. 400
e-mail: zamowienia@igrabka.edu.pl

Znak sprawy: ZP-271-16/PN15/17

Rabka-Zdrój, dn. 08.12.2017r.

WYKONAWCY

dotyczy: Przetarg nieograniczony na: dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych oraz alergenów - ZP-271-16/PN15/17; Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 623157-N-2017; data zamieszczenia: 03.12.2017;

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, w związku z pytaniami do SIWZ złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy: Pakiet nr 41

Zwracam się do Państwa z prośbą o zwiększenie zakresu pojemności pojemnika na 40ml-80ml z pakietu nr. 41 - "Pojemnik do pobierania próbek poj. 20-40ml z dwoma drenami jałowymi do cewnika i do ssaka szt. 500"

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy: Pakiet nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 19 g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy: Pakiet nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 26 ml, zakres objętości oddechowej 75-1200 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy: Pakiet nr 43 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 8 ml i zakresie objętości oddechowej powyżej 25 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy: Pakiet nr 95

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 95 zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona), wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na górnej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10-40cmH₂O, komora o objętości 2300ml, wyskalowana co 1ml do 100ml, co 5 do 250ml i co 10 do 2120ml; posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 35 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej na krótki czas, zapakowany sterylnie, z dwoma drenami łączącymi, bezłateksowe zabezpieczone przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do badań koagulologicznych o poj. 1,8 ml i średnicy 13 mm.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy: SIWZ 4.2.a, Wzór Umowy § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień oraz reklamacji telefonicznie, tym bardziej, iż zgodnie z zapisem w Umowie, zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub mailem. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień / reklamacji w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia / reklamacji jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania, w przypadku spraw spornych.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy: SIWZ 4.2.b, Wzór Umowy § 2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego czasu terminu dostawy z 48 godzin do 72 godzin od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego.

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Tak w pakietach 85 i 86.

Pytanie nr 9 – dotyczy: Wzór Umowy § 3 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Wzoru Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy: Pakiet nr 39

Prosimy o informację, czy dreny do odsysania opisane w pozycji 2 mają być pakowane podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11 – dotyczy: Pakiet nr 46

Ze względu na fakt, że na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celem jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 i 2 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12 – dotyczy: Pakiet nr 46

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 3 należy zaoferować butle wielorazowego użytku do wkładów o pojemności 2000ml, wyposażone w schodkowane przyłącze do źródła próżni i zaczep do mocowania butli.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13 – dotyczy: Pakiet nr 46

Prosimy o potwierdzenie, czy króćce przyłączeniowe w pokrywach wkładów workowych opisanych w poz. 1 i 2 mają mieć formę łączników stożkowych schodkowanych, co zapewni ich pełne dostosowanie do drenów o różnych średnicach końcówek i zagwarantuje szczelność połączeń w trakcie odsysania.

Dreny do odsysania i zestawy do odsysania zostały wyspecyfikowane w innych pakietach, co może skutkować niedopasowaniem przyłączy we wkładach workowych do końcówek drenów stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14 – dotyczy: Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe: dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL ≤1,5 odpowiadające normie EN 455 1-2-3-4 przebadane wg normy EN 374 1(z wyl. Pkt. 5.3.2) -2-3, zarejestrowane i oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, chlorowane od wewnątrz, odporność na przenikanie min. 10 substancji chemicznych w tym 70% alkoholu izopropylowego poziom odporności 2 i 35% alkoholu etylowego poziom odporności 2, min dwa kwasy – poziom odporności 3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671. Możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegającym samo zawijaniu się długość min. 245mm, lekko teksturowane na palcach, grubość rękawicy na palcach 0,10-0,12mm, grubość rękawicy na dłoni 0,06-0,10mm, siła zrywania przed starzeniem min. 6N, pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy: Pakiet nr 22

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe: dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL ≤1,5 odpowiadające normie EN 455 1-2-3-4 przebadane wg normy EN 374 1(z wyl. Pkt. 5.3.2)-2-3, zarejestrowane i oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Oporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych bez cytotatyków w tym 35 % Formaldehyd poziom odporności 6 oraz 70% etanol i isopropanol- poziom odporności 6.. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671. Możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegającym samo zawijaniu się przedłużonym mankietem dl. Min. 285mm, lekko teksturowane na palcach, grubość rękawicy na palcach 0,14-0,16mm, grubość rękawicy na dłoni 0,10-0,12mm, siła zrywania przed starzeniem min. 10N, pakowane po 100 szt. w rozmiarach S,M,L i XL?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, gravitacyjny, z ostrą igłą biorecza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 19 – dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, gravitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorecza czterokanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy: Pakiet nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu beret, wykończony z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, kolor zielony?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy: Pakiet nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu furazęрка, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2, kolor zielony?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy: Pakiet nr 32 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maseczkę chirurgiczną o gramaturze 25 g/m2 mocowane na gumki, zgodny z normą 14683, kolor zielony?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy: Pakiet nr 32 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maseczkę chirurgiczną o gramaturze 25 g/m2 wiązane na troki, zgodny z normą 14683, kolor zielony?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy: Pakiet nr 56

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janetta j.u. 100 ml bez dodatkowego łącznika?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy: Pakiet nr 56

Czy Zamawiający wydzieli dodatkowy łącznik do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 26 – dotyczy: Pakiet nr 60 poz. 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu oraz w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy: Pakiet nr 60 poz. 1 - 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na

cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy: Pakiet nr 64

Czy Zamawiający dopuści kieliszki na leki wykonane z PCV o pojemności 30ml, z podziałką co 5ml, pakowane po 75szt.?

Odpowiedź: Z odpowiednim przeliczeniem pozostałe jak w SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z SIWZ o rozmiarze 200mm x 60mm 100mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 30 – dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ o rozmiarze 10cm x 24cm – opakowanie a'1.200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, jak SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ o rozmiarze 14cm x 28cm – opakowanie a'1.200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, jak SIWZ.

Pytanie nr 32 – dotyczy: Pakiet nr 51

Czy Zamawiający dopuści test zgodny z SIWZ, odczyt poprzez kontrastową zmianę zabarwienia substancji testowej, zestaw wraz z przyrządem symulującym wsady porowate oraz rurowe?

Odpowiedź: Nie, jak SIWZ.

Pytanie nr 33 – dotyczy: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 34 – dotyczy: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 35 – dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 36 – dotyczy: Pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach do zaofiarowania nici chirurgicznych w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 24 czy 36.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 37 – dotyczy: Pakiet nr 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici monofilamentowych, niewchłaniających, wykonanych z polipropylenu bez dodatku glikolu polietylenowego lub nici monofilamentowych wykonanych z polifluorku winylidemu (nazwa handlowa PVDF)?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 38 – dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nici o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, jak SIWZ.

Pytanie nr 39 – dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji do zaofiarowania nici chirurgicznych w opakowaniach po 10 saszetek, zamiast pakowanych po 12.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 40 – dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 41 – dotyczy: Pakiet nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach do zaoferowania nici chirurgicznych w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 36.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 42 – dotyczy: Pakiet nr 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici poliestrowych, plecionych powlekanych niewchłaniających, sterylizowanych tlenkiem etylenu, kolor zielony.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 43 – dotyczy: Pakiet nr 45

Prosimy o dopuszczenie do przetargu igieł z odpinanymi skrzydełkami, z przezroczystą obudową pozwalającą na obserwację miejsca wkłucia i rurką z PCV typu non-DEHP, w której DEHP zastąpiono związkami TOTM.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 44 – dotyczy: Pakiet nr 73

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycjach 1-3 zamkniętego systemu wykonanego w technologii podzielnej membrany osadzonej na plastikowej kaniuli, pozwalający na pracę przez 7 dni lub 400 aktywacji. System pozwala na przepływ do 350 ml/min.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 45 – dotyczy: Pakiet nr 73

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycjach 2-3 systemu z przedłużaczem 13,5 cm co tylko nieznacznie różni się od wymogów SIWZ (14-15 cm).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 46 – dotyczy: Pakiet nr 73

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 3 systemu o przestrzeni martwej 0,35 ml z wytrzymałością na ciśnienie iniekcyjne 7 bar i ciśnienie wsteczne 2,6 bar.

Odpowiedź: Jak SIWZ.


Pytanie nr 47 – dotyczy: Pakiet nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody w rozmiarze 250 x 14 cm, foliowego, złożonego tradycyjnie z taśmą do mocowań na jednym z końców?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 48 – dotyczy: Pakiet nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej kieszeni dwukomorowej do mocowania w rozmiarze całkowitym 43 x 38 cm?



Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy: Pakiet nr 88 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m²) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm,
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 50 – dotyczy: Pakiet nr 88 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego z taśmami lepnymi na serwetach o szerokości 2,5 cm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 51 – dotyczy: Pakiet nr 101

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ zawiniętego w miękką serwetę SMS wraz z dwoma ręczniczkami do rąk, pakowanego w opakowanie wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG?

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 52 – dotyczy: Pakiet nr 101 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o następujących wymiarach:

- dl. fartucha: 115cm, - dl. wstawki z przodu: 80cm. Pozostałe wymiary zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 53 – dotyczy: Pakiet nr 101 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o następujących wymiarach:

- dl. fartucha: 125cm, - dl. wstawki z przodu: 90cm. Pozostałe wymiary zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 54 – dotyczy: Pakiet nr 101 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o następujących wymiarach:

- dl. wstawki z przodu: 100cm. Pozostałe wymiary zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 55 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3

Kaniula 22G 25x0,9 niebieska do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakluciem, oraz zabezpieczająca przed zachłapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodmnykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Kaniula z wizualizacją prawidłowego wklucia już na etapie cewnika.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 56 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 4

Kaniula 20G 32x1,1 różowa do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakluciem, oraz zabezpieczająca przed zachłapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodmnykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Kaniula z wizualizacją prawidłowego wklucia już na etapie cewnika.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 57 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 5

Kaniula 18G 45x1,3 zielona do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakluciem, oraz zabezpieczająca przed zachłapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodmnykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Kaniula z wizualizacją prawidłowego wklucia już na etapie cewnika.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 58 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 6

Kaniula 17G 45x1,5 biała do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakluciem, oraz zabezpieczająca przed zachłapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodmnykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Kaniula z wizualizacją prawidłowego wklucia już na etapie cewnika.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 59 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 7

Kaniula 16G 45x1,8 szara do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakluciem, oraz zabezpieczająca przed zachłapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodmnykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Kaniula z wizualizacją prawidłowego wklucia już na etapie cewnika.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 60 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3 do 7

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie co oznacza „Wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej”?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastawki antyzwrotnej.

Pytanie nr 61 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3 do 7

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu „oraz zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci kapilar” gdzie te kapilary mają się znajdować i jak Zamawiający zamierza to zweryfikować?

Odpowiedź: Kapilary na zewnętrznej części zabezpieczenia igły przed zakłuciem. Opis katalogowy.

Pytanie nr 62 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3 do 7

Czy Zamawiający wymaga by na opakowaniu jednostkowym były zawarte podstawowe informacje identyfikujące produkt takie jak: nazwa producenta, numer katalogowy, numer serii, data ważności i rodzaj materiału z którego wykonana jest kaniula?

Odpowiedź: Zgodnie SIWZ.

Pytanie nr 63 – dotyczy: Pakiet nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 dopuści sondy w rozmiarze 14, 16 bez koreczka?

Odpowiedź: Nie jak SIWZ.

Pytanie nr 64 – dotyczy: Pakiet nr 28

Czy Zamawiający w pakiecie 28 może doprecyzować z jakiego materiału mają być wykonane sondy?

Odpowiedź: Elastyczne PCV bez ftalanów.

Pytanie nr 65 – dotyczy: Pakiet nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycji 1 dopuści Łącznik prosty schodkowy 7-10/5 sterylne.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 66 – dotyczy: Pakiet nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycji 2 dopuści Łącznik prosty schodkowy 10-13/5 sterylne.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 67 – dotyczy: Pakiet nr 30 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycji 3 dopuści Łącznik redukcyjny schodkowy śr. 4 x 7 na 7 x 10 lub 7 x 10 na 3 x 5 sterylne.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 68 – dotyczy: Pakiet nr 30 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycji 4 dopuści Łącznik redukcyjny schodkowy śr. 13 x 15 na 5 x 7 sterylne.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 69 – dotyczy: Pakiet nr 30 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycji 5 dopuści Łącznik Y schodkowy 8x10 sterylne.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 70 – dotyczy: Pakiet nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycji 6 dopuści Łącznik Y schodkowy 4 x 6 lub 8 x 10 sterylne.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 71 – dotyczy: Pakiet nr 41

Czy Zamawiający w pakiecie 41 dopuści Pojemnik do pobierania próbek poj. 20-70ml z dwoma drenami jałowymi do cewnika i do ssaka.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 72 – dotyczy: Pakiet nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 45 pozycji 1 będzie wymagał igły bezpiecznej chroniącej przed zakłuciem ze skrzydełkami oraz portem bocznym 20G x 20mm x 1 szt. igła pod kątem 90 st. Sterylne z przedłużką wykonaną z poliuretanu PCV (bez DEHP) z adapterem Luer-Lock.

Odpowiedź: NIE, jak SIWZ.

Pytanie nr 73 – dotyczy: Pakiet nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 45 pozycji 2 będzie wymagał igły bezpiecznej chroniącej przed zakłuciem ze skrzydełkami oraz portem bocznym 22G x 15mm x 1 szt. igła pod kątem 90 st. Sterylne z przedłużką wykonaną z poliuretanu PCV (bez DEHP) z adapterem Luer-Lock.

Odpowiedź: NIE, jak SIWZ.

Pytanie nr 74 – dotyczy: Pakiet nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 1 dopuści cewnik centralny pediatryczny dwuświatłowy 4,5Fr/8cm światła 2 x 20G o przepływie D-19, P-22ml/min, zestaw z prowadnicą z nitynolu odporną na załamywanie i zaginanie prowadnica 0,46mm x 40 cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 75 – dotyczy: Pakiet nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 2 dopuści Cewniki centralne dwuświatłowe dla dorosłych 7Fr/20cm światła 16G, 16G, zestaw z prowadnicą w rozm. 53cm; prędkość przepływu ml/min: D70 P70ml/min.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 76 – dotyczy: Pakiet nr 48 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 3 dopuści cewnik centralny pediatryczny dwuświatłowy 4,5Fr/12,5cm światła 2 x 20G o przepływie D-15, P-18ml/min, zestaw z prowadnicą z nitynolu odporną na załamywanie i zaginanie prowadnica 0,46mm x 40 cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 77 – dotyczy: Pakiet nr 48 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 48 pozycji 4 dopuści Cewniki centralne pediatryczne jednoświatłowe 22G/8cm z prowadnicą prostą rozm. 0,5mm/26cm; prędkość przepływu 17 ml/min.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 78 – dotyczy: Pakiet nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 63 pozycji 1 dopuści Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z linią kontrastującą w promieniach RTG, Ch 10/125cm.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 79 – dotyczy: Pakiet nr 63 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 63 pozycji 2 dopuści Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z linią kontrastującą w promieniach RTG, Ch 8/125cm.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 80 – dotyczy: Pakiet nr 63 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 63 pozycji 3 dopuści Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z linią kontrastującą w promieniach RTG, Ch 12/125cm.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 81 – dotyczy: Pakiet nr 63

Czy Zamawiający wydzielił z pakietu 63 pozycje 1,2,3,10,11,12,13 i utworzył nowy pakiet?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 82 – dotyczy: Pakiet nr 63 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający może doprecyzować czy zgłębniki w pakiecie 63 pozycji 1,2,3 mają posiadać końcówkę En-lock?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 83 – dotyczy: Pakiet nr 73 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 73 pozycji 1 dopuści system bezigłowy przezroczysty, dający optymalną dezynfekcję membrany. Mogący być używany przez 7 dni lub 360 aktywacji, z prostym torem przepływu, bez elementów metalowych, z membraną osadzoną wewnątrz konektora, do użytkowania z lekami chemioterapeutycznymi, krwią, tłuszczami, alkoholami, z przepływem do 600 ml/min, odporny na ciśnienie do 350 psi (24bar).

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 84 – dotyczy: Pakiet nr 73 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 73 pozycji 2 dopuści system bezigłowy składający się przedłużki o długości 10cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, przezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, z prostym torem przepływu, bez elementów metalowych, z membraną osadzoną wewnątrz konektora, do użytkowania z lekami chemioterapeutycznymi, krwią, tłuszczami, alkoholami.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 85 – dotyczy: Pakiet nr 73 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 73 pozycji 3 dopuści system bezigłowy składający się dwóch przedłużeń o długości 8 cm każda i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, przezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, z prostym torem przepływu, bez elementów metalowych, z membraną osadzoną wewnątrz konektora, do użytkowania z lekami chemioterapeutycznymi, krwią, tłuszczami, alkoholami.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 86 – dotyczy: Pakiet nr 77

Czy Zamawiający w pakiecie 77 może doprecyzować czy INTRAPUR, filtry do infuzji 0,2 Intrapur Paed z dodatkowo naladowaną membraną mają być standardowymi filtrami żywieniowymi na 96h z membraną 0,2µ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 87 – dotyczy: Pakiet nr 49 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści testy dezynfekcji w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 88 – dotyczy: Pakiet nr 49 poz. 7

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji. Podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Nie, jak SIWZ.

Pytanie nr 89 – dotyczy: Pakiet nr 89 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy mycia w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 90 – dotyczy: Pakiet nr 17 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki trzyczęściowej do pomp infuzyjnych o pojemności 50/60 ml ze stożkiem Luer– Lock umieszczonym centrycznie.

Odpowiedź: TAK pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 91 – dotyczy: Pakiet nr 17 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki trzyczęściowej w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 92 – dotyczy: Pakiet nr 19

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta oraz dopuszczenie możliwości zaoferowania kaniul z pozycji 1 i 2 od jednego producenta ;kaniul z pozycji 3-7 od jednego producenta; produkty z pozycji 8-10 od jednego producenta.

Rozwiązanie takie nie wpłynie na wzajemną kompatybilność oferowanych produktów (wszystkie oferowane produkty są wzajemnie kompatybilne i zapewniają szczelność układu) i pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie jak SIWZ.

Pytanie nr 93 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniul wykonanych z FEP, gdzie FEP i PTFE = TEFLON. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 94 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniul wykonanych z biokompatybilnego medycznego PTFE. Wyposażonych w cztery paski radiocieniujące ,posiadających automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku (wykonany z ABS) na końcu igły. Filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji, pełniący rolę zastawki antyzwrotnej oraz kodowany kolorystycznie samozamykający się korek portu bocznego (iniekcyjnego); kaniule nie zawierają PVC i lateksu. Opakowanie typu Tyvec. Rozmiary zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 95 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniul wykonanych z biokompatybilnego medycznego poliuretanu, wyposażonych w trzy paski radiocieniujące ,posiadających automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku (wykonany z ABS) na końcu igły. Filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji, pełniący rolę zastawki antyzwrotnej. oraz kodowany kolorystycznie samozamykający się korek portu bocznego (iniekcyjnego); kaniule nie zawierają PVC i lateksu. Opakowanie typu Tyvec .Rozmiary zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 96 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 3-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniul wykonanych z biokompatybilnego medycznego poliuretanu, wyposażonych w cztery paski radiocieniujące ,posiadających automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem oraz zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed wyciekaniem krwi.

Rozmiary zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 97 – dotyczy: Pakiet nr 19 poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kraników posiadających optyczny wskaźnik położenia – zamknięty/otwarty. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 98 – dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządów do przetaczania płynów posiadających ostry kolec z igłą bioreza ścięta stożkowo. Przyrząd wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 99 – dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządów do przetaczania płynów posiadających ostry kolec z igłą bioreza ścięta stożkowo. Przyrząd wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie, bez zaczepu do umocowania końcówki drewna na tylnej powierzchni. W opakowaniu typu folia.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 100 – dotyczy: Pakiet nr 73 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli uzyskać większą ilość konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 101 – dotyczy: Pakiet nr 73 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji zaworu bezigłowego, którego konstrukcja gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu. Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie min. 18,7 l/h, czyli 312ml/min; Zawory kompatybilne z MRI; Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew; Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść; Nie zawierają PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami; Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 102 – dotyczy: Pakiet nr 100 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przedłużaczy do pomp infuzyjnych, sterylnych, jednorazowego użytku, niepirogennych, nietoksycznych, nie zawierających ftalanów; opakowanie - blister papierowo foliowy; Średnica wewnętrzna drenu 1,2 mm; Objętość wypełnienia 1,7 ml.

Odpowiedź: Nie. Jak SIWZ.

Pytanie nr 103 – dotyczy: Pakiet nr 100 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby zaofiarowana strzykawka posiadała dwustronną, trwałą skalę w kolorze czarnym, pojemność 50/60 ml i była w kolorze bursztynowym.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 104 – dotyczy: Wzór Umowy § 1

Zważywszy na treść § 1 ust. wzoru umowy, jaki procent ilości wskazanych w SIWZ Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 105 – dotyczy: Wzór Umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 4: "w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie" na „w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 106 – dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiocy szczelnie zamykana z super chłonną wkładką poj. 1500 ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 107 – dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe bez-lateksowe pakowane po 25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 108 – dotyczy: Pakiet nr 53 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny system mocowania cewników zewnątrzoponowych posiadający w swojej budowie wyprofilowaną piankową poduszkę z adhezyjną warstwą stabilizującą oraz dwunwarstwowy fiksor rzepowy. Mocowanie jest produktem hipoaergicznym, bezlateksowym, sterylnym, pakowanym w opakowanie typu papier folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 109 – dotyczy: Pakiet nr 74 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 110 – dotyczy: Pakiet nr 74 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 54 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Jak SIWZ.

Pytanie nr 111 – dotyczy: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 nici pakowane po 12 saszetek

Odpowiedź: Tak z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 112 – dotyczy: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści nici o następujących parametrach: Multifilament, pleciony z 100% kwasy poliglikolowego. Powlekany polikaprolakton i stearynian wapnia. Czas podtrzymania tkankowego wynosi: 14 dzień po implantacji 60-70%; 18 dzień po implantacji 50%; 21 dzień po implantacji 40%. Okres całkowitego wchłaniania: 60-90 dni. – z powodzeniem dotychczas stosowane u Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 113 – dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 12

Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści podwiązki na szpuli pakowane 1szt/saszetkę, z odpowiednim przeliczeniem saszetek.

Odpowiedź: Jeśli chodzi o pozycje 11 to tak.

Pytanie nr 114 – dotyczy: Wzór Umowy § 2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy z 48 godzin na 2 dni robocze.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 115

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu natomiast faktury z biura, obydwa te miejsca znajdują się za granicą RP w dwóch różnych krajach, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura w formie papierowej dostarczana jest w ciągu 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przesyłania faktury w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona w dniu dostawy. Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź: Tak. Drogą elektroniczną w dniu wystawienia faktury oraz pocztą oryginał faktury.

Pytanie nr 116 – dotyczy: Pakiet nr 43 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o zakresie pojemności oddechowej 150-1000ml, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 117 – dotyczy: Pakiet nr 99

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x90cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 118 – dotyczy: Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie, Jak SIWZ.

Pytanie nr 119 – dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny samoprzylepne torebki papierowo-foliowe o wymiarach 100mm x 230mm lub 135mm x 255mm?

Odpowiedź: Nie, Jak SIWZ.

Pytanie nr 120 – dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny samoprzylepne torebki papierowo-foliowe o wymiarach 135mm x 255mm lub 190mm x 330mm?

Odpowiedź: Nie, Jak SIWZ.

Pytanie nr 121 – dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 10, 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 10,11 torebki konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200 sztuk torebek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 122 – dotyczy: Pakiet nr 87

Czy można zaoferować samoprzylepną kieszeń dwukomorową w rozmiarach 25 cm x 45 cm z możliwością regulacji głębokości?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 123 – dotyczy: Pakiet nr 88

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego składającego się z następujących serwet operacyjnych:

1 serweta 180 x 175 cm z latką chłonna 20 x 50 cm, 1 serweta 250 x 150 cm z latką chłonna 20 x 50 cm z uchwytem do mocowania przewodów i drenów, 2 serwety 75 x 90 cm z latką chłonna 20 x 50 cm, 2 samoprzylepne kieszenie 2-komorowe w rozmiarze 38 x 40 cm pakowane oddzielnie, Gramatura obszarów wzmocnionych wynosi 109,5 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 124 – dotyczy: Pakiet nr 101

Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS (co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną) w opakowaniu wyposażonym w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG? Długość fartucha w rozmiarze S/M – 120cm, długość wstawki z przodu – 60cm, na rękawie – 41 cm, w rozmiarze L długość wstawki z przodu 70cm, na rękawie 41 cm, w rozmiarze XL długość wstawki z przodu 80 cm i na rękawie 41cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 125 – dotyczy: Wzór Umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru w przypadku zmniejszenia się jego potrzeb. Wykonawca nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 126 – dotyczy: Wzór Umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku niezaakceptowania zamiennika lub nie zaproponowania zamiennika, w sytuacji o której mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu towaru u innego Sprzedającego oraz obciążenia Wykonawcy kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy ceną zakupu towaru u innego Sprzedawcy, a ceną podaną w niniejszej umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 127 – dotyczy: Wzór Umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanej na fakturze.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 128 – dotyczy: Wzór Umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 129 – dotyczy: Wzór Umowy § 5 ust. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 130 – dotyczy: Wzór Umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia należności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 131 – dotyczy: Wzór Umowy § 10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „...Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 132 – dotyczy: Wzór Umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „... Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 133 – dotyczy: Wzór Umowy § 10 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „...i obciążenia kosztami wynikającymi z różnic w cenie Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Jak SIWZ.

Pytanie nr 134 – dotyczy: Pakiet nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wielorazowych szczypiec biopsyjnych o długości 1100 mm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 135 – dotyczy: Pakiet nr 16

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli nożyki do testów alergologicznych czy nakłuwacze automatyczne?

Odpowiedź: Jak w SIWZ nożyki z krótkim ostrzem.

Z poważaniem

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj